

**शंखरापुर नगरपालिका**  
**नगरकार्यपालिकाको कार्यालय**  
**साँखु, काठमाण्डौ।**

क्याटलग/ब्रोसर सपिड विधिबाट High Frequency X-ray Machine 400Ma र 3-Part Hematology Analyzer खरिद सम्बन्धी सूचना  
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२९)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (क) को देहाय (८) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (ख) बमोजिम High Frequency X-ray Machine 400mA र 3-Part Hematology Analyzer उत्पादन गर्ने कम्पनी वा सोको आधिकारिक विक्रेताहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई क्याटलग सपिड विधिबाट High Frequency X-ray Machine 400mA र 3-Part Hematology Analyzer खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेताहरूले आफ्नो फर्म दर्ता प्रमाण-पत्र, मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र, एजेन्सी दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. २०७६/०७७ को कर चुक्ताको प्रतिलिपि समावेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ ख को उपनियम (२) अनुसार देहाय बमोजिमको High Frequency X-ray Machine 400mA र 3-Part Hematology Analyzer को उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताले स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, कम्पनीको मुल्य खुल्ने कागजात र सुविधा सहितको विवरण क्याटलग/ब्रोसर संलग्न गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा त्यस दिनपछिको कार्यालय खुल्ने दिन दर्ता गर्न सकिनेछ । स्पेशिफिकेशन तथा थप जानकारीका लागि यस कार्यालयको वेबसाईटमा वा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

क्र.सं.	सामान	विवरण	परिमाण
१	High Frequency X-ray Machine 400mA	High Frequency X-ray Machine 400mA or more with output power of 30kw or more, should operate in three phase mains electrical supply, 400 Ma or more xray imaging system, x ray high voltage tank , Dual focus rotating Xray tube 400 ma or more having focal spots small focus 1.0 mm, large focus 2.0 mm rotating anode with anode speed greater than or equal to 2800 rpm, 4 way floating Xray table , floor to ceiling stand, chest stand with standard accessories all at least 1 unit, 400 Ma or more , 125 KVP, 30KW or more, full wave rectified	१

शंखरापुर नगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
साँखु, काठमाण्डौ।

		x ray generator for radiography suitable for single tube operation, 40 to 125 KVP, at least 400 mA, soft key operations, automatic programmable radiographic mode.	
२	3-Part Hematology Analyzer	Automatic blood cell counter complete unit with standard accessories that measures minimum 18 parameter including 3-part differential of WBC , measurement principle electrical impedance method (WBC,RBC, HCT,PLT) Calorimetric method(HGB) , Whole blood upto 30 µL, 30 samples per hour or better, linearly ranges and reproducibility CV WBC 0.5-115X10 <sup>3</sup> /µL (WBC<2%), RBC 0.2-7.5X10 <sup>6</sup> /µL (RBC<2%),HGB 2.0-25.0g/Dl(HGB<1.5%), PLT 10-1800x10 <sup>3</sup> /µL(PLT<5%), Dual counting chamber, cyanide free hemolyzing reagent, automatic startup, self checks, automatic clean off , rising and cleaning, power supply 220-240V AC, 50Hz fitted with appropriate plug and ups system for minm 30 min backup., USFDA approved productcertificate, and or CE-IVD Certificate.	

सम्पर्क:

शंखरापुर नगरपालिका, साँखु, काठमाडौं

[shankharapur.municipality@gmail.com](mailto:shankharapur.municipality@gmail.com)

[shankharapurmun.gov.np](http://shankharapurmun.gov.np)

सम्पर्क नं. ०१-४४५०३५५

शंखरापुर नगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
साँखु, काठमाण्डौ।